

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ECÓGRAFO DE OBSTETRICIA PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Estando la Gerencia del Área de Salud de Cáceres interesada en contratar el **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ECÓGRAFO DE OBSTETRICIA PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, se procede a efectuar una consulta preliminar al mercado a fin de que, a la vista del borrador de Pliego de Prescripciones Técnicas, las empresas interesadas en esta contratación pueda efectuar **alegaciones, observaciones o puntualizaciones que estimen oportunas tanto de cuestiones técnicas como de precio**

Estas observaciones o informaciones no afectarán a la libre competencia, ni a los principios de no discriminación o de transparencia, y podrán ser tenidas en cuenta por este órgano de contratación a la hora de elaborar y diseñar el Pliego de Prescripciones Técnicas definitivo.

A estos efectos, la Gerencia del Área de Salud de Cáceres tomará las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento de los indicados principios tanto en el desarrollo de esta consulta como en el ulterior procedimiento de contratación.

Para el cumplimiento de esta fase voluntaria de consulta previa, los interesados podrán acceder al archivo adjunto y presentar sus alegaciones **hasta las 12:00 horas del próximo día 1 de septiembre de 2017**, enviándolas a la dirección de correo electrónico **uconadm.caceres@salud-juntaex.es**, identificando el expediente y la empresa proponente.

**BORRADOR
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE ECÓGRAFO DE OBSTETRICIA PARA
EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE
SALUD DE CÁCERES**

1. OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto de este contrato la **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ECÓGRAFO DE OBSTETRICIA PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES**, conforme se detalla a continuación:

2. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 30.000,00 EUROS

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A SUMINISTRAR

-Ecógrafo de alta resolución para exploraciones obstétricas para diagnóstico prenatal del 1^a trimestre y 2^o trimestre:

Características generales y configuración mínima.-

- Rango dinámico de 174 dB aproximadamente.
- 768 canales de información en emisión y recepción aproximadamente.
- 10 frecuencias distintas por transductor.
- Armónico de tejido por inversión de pulso.
- Armónico de tejido por filtraje dinámico.
- Almacenamiento dinámico de espectro Doppler.
- Optimizador digital de flujo.
- Optimizador digital de imagen.
- Software en español para gestión de resultados, archivo, registro, informes e imágenes en formato PDF
- Unidad de grabación y lectura
- Monitor LCD de alta resolución de al menos 19", con pantalla táctil programable
- Composición espacial
- CONVEX virtual
- Cálculo automático de Doppler
- Impresora térmica digital en blanco y negro
- 1 Transductor CONVEX 3D/4D
- 1 Transductor endovaginal 2D
- Imagen panorámica
- Imagen con reducción de ruidos
- Software para conexión en red